ООО "ПКФ Цифровые приборы"
129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, кв. 150
Адрес метрологической службы ООО «ПКФ Цифровые приборы»: г. Москва, ул. Годовикова, д.9, с.4
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц 01.00279-2013 от 11 декабря 2013 г.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## об аттестации методики измерений

№ 081-01.00279-2013-2026

Методика измерений напряженности магнитного поля в полосах частот 5-2000 Гц, кГц 10-30 кГц, 2-400 кГц на рабочем месте

наименование методики (метода) измерений, включая указание измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений), объекта измерений, диапазона измерений, реализуемого способа измерений и, при необходимости, наименование дополнительных параметров

разработанная ООО НПФ «ЭлектронДизайн

наименование организации (предприятия), разработавшей методику (метод) измерений

129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 23, корп. 2, кв. 423

наименование организации (предприятия), разработавшей методику (метод) измерений

и установленная документом «МИ ПКФ-25-039. Методика измерений напряженности магнитного поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц на рабочем месте

аттестована в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 15.12.2015 №4091 и с требованиями Порядка метрологической аттестации методики (метода) измерений, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2016 года №21 на соответствие ГОСТ Р 8.563-2009.

Аттестация осуществлена по результатам теоретического исследования методики измерений

способ установления показателей точности результатов измерений, получаемых по аттестуемой методике (методу) измерений для подтверждения соответствия методики (метода) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

*Диапазон измерений среднеквадратических значений НМП в диапазоне частот 5…2000 Гц составляет 0,060 А/м … 690 А/м при использовании антенны П6-70 и 0,030 А/м…690 А/м при использовании антенны П6-73.*

*Диапазон измерений среднеквадратических значений НМП в диапазоне частот 10…30 кГц составляет 0,00171 А/м … 490 А/м при использовании антенны П6-70 и 0,0005 А/м…490 А/м при использовании антенны П6-73.*

*Расширенная относительная неопределённость измерений при коэффициенте охвата 2, соответствующем уровню доверия 95%, не превышает 32%*

Сведения о согласовании методики (метода) измерений: согласование не предусмотрено.

Генеральный директор
ООО «ПКФ Цифровые приборы» Ю.В. Куриленко

«29» октября 2026 г.

ООО "ПКФ Цифровые приборы" Метрологическая служба 94.0 dB